

質問に対する回答書

入札案件番号 : 4019

入札件名 : AED 賃貸借契約

質問 1	仕様書 1 レスキューキットの構成品について、ニトリルグローブ 1 双、カミソリ 1 本、ハサミ 1 本、ミニタオル 1 本、蘇生用マウスピース (RESACO-R) 1 個でもよろしいでしょうか。
回答 1	レスキューキットとして必要な物品を具備していれば問題ございません。

質問 2	仕様書 1AED (5) 「全数量が同一メーカー及び同一規格で統一すること」とありますが、キャリングケースについて、AED 本体、予備電極パッド、レスキューキットを収納する弊社製のキャリングケースでもよろしいでしょうか
回答 2	当該仕様で規定しているものは、納入数量のうち、○台は A 社製、○台は B 社製というように、メーカーが混在することを禁止するものです。 そのため、必要な物品・機器等を適切に収納保管できること、利用時に迅速に使用できる機能性を有していること、外側からインジケータを確認できる目視穴があることなど、純正品と同等の機能を有しており、かつ全数量を同一品で納入可能であれば問題ございません。

質問 3	仕様書 2 (2) 「取り扱い方法等を十分に説明すること」とありますが、簡易取扱説明書に図示する他に取扱説明書を同梱しており、取扱説明の YouTube 動画を用意しています。また、弊社コールセンター (24 時間対応) において、質問や不明点に詳しくお応えする体制もございます。 そのため、現地対応は不要との認識でよろしいでしょうか。 現地対応が必要である場合には、弊社社員が AED 本体を展示し、取扱説明書を用いて、具体的に AED 使用方法・心肺蘇生法をご説明すればよろしいでしょうか。
回答 3	説明方法等は落札決定後、受発注者双方で協議の上決定いたします。ただし、各納入場所職員が容易に確認でき、内容を理解できるものであること、必要がある場合は別途現地説明等の対応が可能であることとします。

質問 4	仕様書 6 「日本光電工業株式会社 AED-3100」とありますが、日本光電工業株式会社が提供する A E D リモート監視システムを利用して 1 日 1 回の A E D 自己診断結果の情報を弊社で受信し、消耗品の交換時期等を確認、異常がある場合はお客様ご指定の連絡先に弊社コールセンターから電話連絡によりご報告させていただき、A E D の異常内容をお客様にご確認頂く運用が必須であるとの認識でよろしいでしょうか。（以下、必須である場合の関連質問）
回答 4	仕様書に記載の仕様・規格を満たしていれば問題ございません。そのため遠隔監視システムについては、必須機能とは考えておりません。